



Technology S.r.l
Sede: Via Gargano n. 7
Magazzino: Via Scalarini n. 3
20139 Milano
Tel. +39 02 57 30 31 18
Fax. +39 02 53 31 74
e-mail: info@technologysrl.org
www.technologysrl.org
C.F. - P. IVA 09607650158



EN ISO 13485:2012
*Design, manufacture
and service of Electromedical device*

ISO 9001:2008
Quality Management System

OHSAS 18001:2007
*Occupational Health
and Safety Assessment Series*

www.tuv.com
ID 9105082302

costruzione strumenti elettronici professionali e attrezzature per estetica

Milano, 27/05/16

Spett.le DITTA

OGGETTO: AUTOCLAVE OVERMED OVER99160 – Impostazione data

Gentile Cliente,

Con la presente informiamo i gentili clienti che hanno acquistato l'articolo OVER9910 Autoclave modello Overmed, che la data indicata sul display del dispositivo deve essere impostata nel formato AA/MM/GG.

Tale informazione è stata erroneamente omessa nel manuale di utilizzo, vi invitiamo pertanto a prenderne nota.

Ci scusiamo per l'inconveniente e restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali Saluti

TECHNOLOGY SRL